



РАЗЯСНЕНИЕ №1

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево

Изх. № 115-04-467

03.02.2017 г.

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглеродни лаборатории“ - реф. № 161/2016г. в частта по Обособена позиция №6 – Доставка на резервни части за муфелни пещи NABERTHERM.

Въпрос 1: поз.2 SAP №*9580 Шлаух 10 м, количество 50 м, съгласно техническата спецификация на Обособена позиция №6.

На какви технически изисквания трябва да отговаря горесцитирания Шлаух 10 м, а именно: външен диаметър, вътрешен диаметър, материал, наличие на изисквания към устойчивост на температура и налягане?

Отговор 1:

Съгласно изискванията на техническата спецификация по Обособена позиция №6 е необходим Шлаух 10 мм (ф 10 мм - вътрешен размер), като няма конкретно поставени изисквания за материал и изисквания към устойчивост на температура и налягане.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

