



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МАНОМЕТРИ” – РЕФ.№/.....
(Доставки)**

1. Пълно описание на предмета :

Доставка на манометри.

Количество:

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	количество
1	70000003568	Манометър Ф100 0-1,6 МПа М20Х1,5	БР	85
2	70000003569	Манометър Ф100 0-60 МПа М20Х1,5	БР	40
3	70000004317	Манометър кисл.Ф60 G1/4" 0-16bar.кл.1,0	БР	35
4	70000004318	Манометър кисл.Ф60 G1/4" 0-250bar.кл.1,0	БР	25
5	70000004684	Манометър 12MT63ND 0-1,6Мпа М12х1,5 кл2.5	БР	6
6	70000004922	Манометър кисл. 0-315bar ф60 G1/4" кл2.5	БР	3
7	70000005377	Манометър глицерин. ф63 0-10bar G1/4"	БР	4
8	70000005378	Манометър глицерин. ф63 0-25bar G1/4"	БР	8
9	70000005380	Манометър глицерин. ф63 0-250bar G1/4"	БР	10
10	50000003709	Манометър ф100 10bar М20х1,5	БР	15

2. Срок на изпълнение на договора – до три месеца от сключване.

Начин на изпълнение: еднократна доставка

3. Предназначение или условия на работа –съкращението кисл. в наименованието да се чете кислород, глицерин. –манометъра е запълнен с глицерин.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при Функционални изисквания:-манометрите без посочен клас на точност в наименованието са с клас 1,6.

Размери (габаритни и присъединителни размери)- в наименованието, диаметрите ф60 и ф63 се приемат за еднакви

5. Опаковка, маркировка, етикетиране –стандартна в индивидуални кутии

6. Документи за доказване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя. –проспект (каталог) на производителя

7. Стандарт/и на които да отговарят:

Манометрите да са „одобрен тип“– със знак и стикер за извършена първоначална проверка

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

8. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.
Гаранционен срок при нормална експлоатация -12 месеца
Срок за подмяна при рекламация – десет работни дни.

9. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:
- фактура оригинал.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Мирослав Киров
Инж. механик

АСУВАЛ: 

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ръководител отдел „Механооборудване“