„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
гр.Раднево
Изх.№ ММ-04-2077
12.08. 2019 г.
обл Стара Загора

РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: **„Доставка на апарати за нуждите на химическа лаборатория "** - реф. № 42/2019г.

Въпрос №1: „Извършване на автоматична корекция на барометрично налягане чрез сензорно или ръчно настройване на точката"?
Отговор №1: Автоматична корекция на барометричното налягане. Детекция на точката на сушене – ръчна чрез визуално потвърждение.

Въпрос №2: Детекция на нивото на течността. На коя течност нивото се детектира?
Отговор №2: Детекция на нивото на дестилата на течността в приемника.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в" от Регламент (ЕС) 2016/679/

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД гр.РАДНЕВО обл.СТАРА ЗАГОРА

гр. Раднево 6260
ул. „Георги Димитров" 13
http://www.marica-iztok.com/

Централа 0417/8 25 75, 8 33 04, 05, 06, 07
Факс 0417/ 8 26 05 , 8 33 63
E-mail mmi-ead@marica-iztok.com