



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ ЗА ПЕПЕЛОМЕРИТЕ ОТ  
АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪГЛИЩАТА (АСУКВ)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката:** *Доставка на специализирани модули за пепеломерите от автоматизираната система за управление на качеството на въглищата (АСУКВ).*

**1.1.Количество**

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1.	3*17990	Детекторен блок Gamma Ray, каталожен номер 3DYR001, (или еквивалент)	бр.	10

В изпълнение на разпоредба на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено “или еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл. 48 ал.1 т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

**2. Срок на изпълнение на договора:** една година от сключването му или до достигане на общата му стойност. При достигане на общата стойност договорът се прекратява.

**Начин на изпълнение:** доставки по отделни заявки от Възложителя. Подаването на отделните заявки към Изпълнителя се извършва от отдел „Логистика и контрол“, според изготвени спецификации от отдел „Електрооборудване“. Срокът на изпълнение на всяка отделна заявка е до два месеца след нейното подаване към Изпълнителя.

**Забележка:**

Възложителят не е длъжен да заявява изделията- предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделието съобразно възникналите ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

**3. Предназначение или условия на работа:**

Детекторните блокове Gamma Ray са функционален възел от сцинтилационните сонди на пепеломери тип ВСА, които са монтирани на съоръжения от тежкото минно оборудване (ТМО). Работят при нива на вибрации и електромагнитни смущения, характерни за минната индустрия

#### **4. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влягани при производството**

4.1. Доставяните детекторни блокове трябва да са нови, неупотребявани, да нямат скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

4.2. Доставяните детекторни блокове да са годни за вграждане в сцинтилационните сонди на експлоатираните пепеломери тип ВСА. Изпълнителят доказва годността със сертификат за качество и протокол от проведени изходящи изпитания за всеки доставян детекторен блок.

4.3. Сцинтилационни сонди, на които ще се вграждат нови детекторни блокове Gamma Ray, се демонтират от съответното съоръжение от ТМО и се предават на Изпълнителя с двустранен протокол

4.4. Изпълнителят трябва да провежда изходящи изпитания (включително за херметичност и виброустойчивост) на детекторните блокове Gamma Ray в сборка със сцинтилационна сонда.

4.5. Изпълнителят предава в склад на възложителя демонтирани компоненти от подменяните детекторни блокове, като се съставя двустранен протокол.

#### **5. Изисквания относно гаранционния срок:**

Гаранционният срок на доставяното оборудване трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за явяване на Изпълнителя при рекламация – до 2 работни дни.

Срок за подмяна при рекламация на дефектно изделие: до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

#### **6. Документи, които изпълнителят следва да представи, при всяка доставка.**

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи на български език:

- приемо-предавателен протокол;
- сертификат за качество на изделията;
- гаранционна карта;
- фактура оригинал;
- протокол от проведени изходящи изпитания за всеки доставян детекторен блок.

**ИЗГОТВИЛ:**

Цветан Вачовски

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

**СЪГЛАСУВАЛ:**

Иван Иванов

Ръководител отдел „Електрооборудване“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,  
във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679