



Р Е Ш Е Н И Е

№ MT-04-2903/14.09. 2015г.

Относно: Приемане резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и пускане в експлоатация на два броя адиабатни калориметрични системи в изпитвателните въглехимически лаборатории на „Мини Марица-изток“ ЕАД” – реф.081/2015-ЗОП

Процедурата е открита с Решение № 110 от 05.06.2015г. на ИД.

Решението и Обявлението са публикувани в Регистъра на ОП на 08.06.2015г. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2015-0079.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

На основание чл.73 от ЗОП, Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от Протокол №26-2015/11.09.2015г., и Протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:
Няма отстранени.

2. Утвърждавам следното класиране:
Първо място: “Марвел“ ООД, гр. Пловдив

Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

“Марвел“ ООД, гр. Пловдив, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, за доставка и пускане в експлоатация на два броя адиабатни калориметрични системи в изпитвателните въглехимически лаборатории на „Мини Марица-изток“ ЕАД – 159 600.00 лв.без ДДС.

Срок за изпълнение на поръчката: 90 дни от датата на подписване на договора

Условия на плащане: Възложителят заплаща цената на доставените изделия по банков път, разсрочено до 30 календарни дни след представяне на фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Мотиви за неприлагането на чл. 39, ал.2, т.1 от ЗОП, съгласно който Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато е подадена само една оферта.

Изпитвателната въглехимическа лаборатория в рудник „Трояново 1“ разполага само с един адиабатен калориметър за определяне на показател „топлина на изгаряне“ на



пробите лигнитни въглища, доставяни на „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД. При повреда на апарата и в ситуации на невъзможност да бъде отремонтиран за един ден не се определя показателя топлина на изгаряне. Съгласно Споразумението за доставка на лигнитни въглища между „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД и ММИ ЕАД, при повреда на едни от калориметрите на двете страни до отстраняване на повредата калоричността се определя от изправния калориметър съвместно с представители на двете страни. Наличният калориметър се използва в лабораторията от пет години и поради дългата му експлоатация често настъпват повреди.

Б) Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

В) На основание чл.73, ал.3 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за резултатите от оценяване на офертите.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен Директор

