



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  
КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛАБОРАТОРНАТА АПАРАТУРА  
(ДОСТАВКА)**

**ПОЗИЦИЯ – 2**

**ССМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЯРА**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката:**

Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ), стандарти за въглища, предназначени за калибриране на анализатори за определяне на сяра. Видовете ССМ и броя опаковки са следните:

**2. Количества.**

№ по ред	SAP №	НАИМЕНОВАНИЕ	мерна един.	изискуемо количество
IV.		<b>ПОЗИЦИЯ – 2. ССМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЯРА</b>		
1	12/2162	AR 1709 със съдържание на сяра 3,50 %- до 4,00 % , опак.от 50 гр.	опак.	2
2	12/2205	AR 1705 със съдържание на сяра 1.5 0% до2.00 % , опак.от 50 гр.	опак.	2
3	12/2205	AR 1710 със съдържание на сяра 4.50 % до 5.00 % , опак.от 50 гр.	опак.	2
4	12/2205	AR 1711 със съдържание на сяра 5.50 % до 6,00 % , опак.от 50 гр.	опак.	2

- ССМ да притежават сертификати, отговарящи на изискванията на БДС EN 17025:2006 и GUIDE 34

**3. Предназначение или условия на работа.**

ССМ са предназначени за работата на въглехимичните лаборатории на Дружеството.

**4. Опаковка, маркировка, етикетирание.**

- Опаковката да бъде стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката по време на транспорта и пренасяне;

- Да бъдат етикетирани и маркирани от производителя, по което да се проверят: вида на ССМ, съдържанието на сяра, неопределеност.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- Възложителя си запазва правото на рекламация при доказване на несъответствия или отклонения от сертификата на изделията;

- Отклоненията в качеството се доказват от комисия на Възложителя, съвместно с надлежно упълномощени представители на Изпълнителя, в срок до една седмица след покана от Възложителя. Отклоненията в качеството се доказва с анализ от независима контролна организация, като Изпълнителя приема безусловно направените констатации;

- Срокът за подмяна на неотговарящите на изискванията ССМ с нови такива е 20 (двадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация;

- Стандартизираните сравнителни материали (ССМ) да притежават сертификати, отговарящи на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и GUIDE 34.

- Гаранционният срок на ССМ е в съответствие с посочения от производителя. Участниците в своята оферта трябва да посочат предлагания гаранционен срок на производителя.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка /уточнява се - при първа доставка, при всяка доставка или др./

- сертификат за качество на изделията, издаден от производителя;
- сертификати за неопределеност в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и GUIDE 34.
- декларация за произход;
- фактура оригинал

**ИЗГОТВИЛ:**

**Костадин Илчев**

Хидрогеолог

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**ПАВЕЛ КАРАЧОЛОВ**

Ръководител отдел ГЕОЛОЖИ