



РАЗЯСНЕНИЕ №1

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП Ви предоставяме следното разяснение по обществена поръчка обявена чрез публично състезание с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на лабораторна апаратура във изпитвателните въглехимически лаборатории на „Мини Марица-изток“ ЕАД” - реф. № 150/2017г. Обособена позиция № 2 – Доставка на сушилни шкафове.

Въпрос №1

За позиция 4.1. „Сушилен шкаф, предназначен за рудник „Трояново-1“, с. Трояново. Ще се приеме ли сушилен шкаф с обем на работната камера 112 литра? Моля, разяснете някакви допустими вариации на външните размери \pm колко мм.?

Отговор №1

В техническата спецификация са посочени следните параметри:

- Външни размери : височина 702 мм, ширина 834 мм и дълбочина 645 мм;
- Обем на работната камера: 115 литра

Външните размери са точно определени, поради нуждата от вграждане на сушилния шкаф в точно определено място и не подлежат на промяна. Търсеният обем на работната камера от 115 литра е избран за да се обезпечи максимален обем на същата, спрямо външните размери, поради големия брой изпитвани едновременно проби.

Въпрос №2

За позиция 4.2. „Сушилен шкаф, предназначен за рудник „Трояново-3“, с. Медникарово. Ще се приеме ли продукт, който да удовлетворява изискванията на еквивалент на БДС ISO 5068-1:2008 и БДС ISO 5068-2:2008, например ISO 589:2003?

Отговор №2

В документацията т. I „Общо описание и условия за изпълнение на поръчката“, т. 1.3. „Вариантност на техническата и ценова оферта“ Възложителят е посочил: „В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

