



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗПИТВАТЕЛНИТЕ ВЪГЛЕХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ”. –РЕФ.№ **66/2018** – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Пълно описание на предмета на обособената позиция:

1. Доставка на резервни части и консумативи за определяне на сяра с апарат "Лесо" модел SC632 по видове и количества, съгласно следната спецификация:

№	SAP №	Наименование	Мерна ед.	Кол-во
1	12*2098	Външна тръба за изгаряне за апарат , кат.№ 606-309	бр.	2
2	12*2099	Вътрешна тръба за изгаряне за апарат , кат.№ 606-313	бр.	2
3	12*1931	Анхидрон кутия 0,454 kg, кат.№ 501-171	бр.	20
4	12*2102	Хартиени филтри (Filter tube) за апарат "LECO" , кат.№ 619-591-699	бр.	100
5	12*2105	Стъклена тръба за анхидрон за апарат "LECO", кат.№ 619-455	бр.	3
6	12*2107	Керамичен стопер, кат.№ 606-308	бр.	2
7	12*1935	Филтър към стъклена тръба за анхидрон /screen filter/, кат.№ 775-306	бр.	3
8	12*2204	Тигли за апарат LECO , опак.от 250 бр., кат.№ 528-203-250	опак.	8
9	12*2333	Вентилатор , кат.№ 609-399	бр.	2
10	12*2334	Четка за почистване на тръбата, кат.№ 606-403	бр.	2
11	12*2335	O-ring за анхидронова тръба, кат.№ 773-320	бр.	10
12	12*2336	O-ring за ланцет, кат.№ 606-333	бр.	10
13	12*2337	O-ring за външна горивна тръба, кат.№ 611-477	бр.	6
14	12*2338	O-ring за вътрешна горивна тръба, кат.№ 611-476	бр.	6
15	12*2339	Щека за вкарване на тигела в пещта, кат.№ 501-062	бр.	4
16	12*2340	Детектор за сярна клетка, кат.№ 619-603	бр.	1
17	12*2264	Ремонтен комплект за IR емитер, кат.№ 619-476-110	бр.	3

Каталожните номера са по каталог на фирмата производител на апаратите за определяне на сяра – LECO Corporation, САЩ .

Допуска се доставка на еквивалент на посочените консумативи и резервни части. При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства (каталог/проспект/брошура на

производителя с технически данни и изображение/снимка на предлагания еквивалент), включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

- 2. Срок на изпълнение на договора** - еднократна доставка до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

- 3. Предназначение или условия на работа**

Доставката е предвидена за въглехимичните лаборатории на рудник „Трояново-1, рудник „Трояново – север” .

- 4. Технически изисквания към изделията**

Предлаганите изделия да бъдат нови и неупотребявани, да отговарят на техническите изисквания и условия посочени в спецификацията, да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

- 5. Опаковка, маркировка, етикетирание**

Опаковка: стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Всички изделия да бъдат етикетирани и маркирани от производителя.

- 6. Изисквания относно гаранционния срок и рекламации**

Възложителят си запазва правото на рекламация при доказване на несъответствия или отклонения от сертификата на изделията. Отклоненията в качеството се доказват от комисия на Възложителя, съвместно с надлежно упълномощени представители на Изпълнителя, в срок до една седмица след покана от Възложителя, като Изпълнителя приема безусловно направените констатации.

Срокът за подмяна на дефектните изделия с нови такива е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

- 7. Документи, които Изпълнителят следва да представи при доставка:**

При доставка на изделията Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество на изделията, издаден от производителя.
- Декларация за произход.
- Фактура-оригинал.

ИЗГОТВИЛ :

Красимир Костов
отдел „Геоложки”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Павел Карачолов
Ръководител отдел „Геоложки”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД