



## РАЗЯСНЕНИЕ №1

Към открита процедура с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на два броя адиабатни калориметрични системи в изпитвателните въглехимически лаборатории на „Мини Марица-изток“ ЕАД. ” – реф.№ 81/2015г.

Постъпили са следните въпроси за разяснение по публичната покана:

### Въпрос №1

В т.7 от Техническата спецификация на апаратурата са посочени документите, които трябва да съпътстват доставката. Сред тях е и сертификата за калибриране на апаратурата, издаден от оторизиран орган, призната от ИА БСА.

1. Моля да уточните, кой орган в Република България следва да издаде въпросния сертификат.
2. Бихте ли приели сертификат за калибриране, издаден от оторизиран орган в чужбина и ако да, на какви условия следва да отговаря органът, издал сертификата.

### Отговор №1.1

Всяка лаборатория за калибриране на калориметри в РБългария, която има валиден сертификат, издаден от ИА "Българска служба за акредитация"

### Отговор №1.2

Ще приемем сертификат за калибриране, издаден от оторизиран за тази дейност орган в чужбина, ако той има акредитация по EN ISO/IEC 17025:2005 и ако тази акредитация се признава и от ИА „БСА“ в България.

### Въпрос №2

Относно: Приложение- образец 4.2- таблица в която се попълва Наименование на оборудването и Техническа характеристика-параметри.

Бихте ли уточнили какво точно трябва да съдържа тази таблица, която по всяка вероятност се отнася за фирми които използват едрогабаритна техника- кранове, фадрами други подобни. Нашата апаратура е по малка по размери, но за сметка на това с огромен асортимент разнородно оборудване, което прави изброяването непрактично и невъзможно да се съберем в няколко страници дори.

Отговор №2

Достатъчно е да се опише основното оборудване, свързано конкретно с изпълнението на поръчката. Не е необходимо да се описват инструменти, приспособления и други съпътстващи уреди.

**АНДОН АНДОНОВ**  
Изпълнителен директор

