



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА  
С ПРЕДМЕТ**

**КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ЛАБОРАТОРНАТА АПАРАТУРА  
/ДОСТАВКА/**

**ПОЗИЦИЯ – I**

**КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КАЛОРИМЕТРИ**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:  
Доставка на консумативи и резервни части за калориметри, в количество както следва:

2. Количество.

№ по ред	SAP №	НАИМЕНОВАНИЕ	мерна един.	изискуемо количество
I.		<b>ПРИЛОЖЕНИЕ – 1. КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КАЛОРИМЕТРИ</b>		
1	12000000582	Памучни нарязани конци за калориметър IKA C 710.4, кат.№1483700 /500бр. в опаковка/	опак.	13
2	12000000601	Възпламенителни жички кантал за калориметър IKA – C 5000;тип C5010.3, кат.№7122800 /5 бр. в opak./	опак.	3
3	12000000583	Бензоена к-на на IKA C 723,табл.по 0,5гр.; кат.№3243000,по 50табл/опак	опак.	3
4	12000001562	Сертифицирана бензоена киселина SRM-CEM 39J	опак.	3
5	12000001551	Бутало за калориметър IKA 5000,кат.№ 304 1800	бр.	3
6	12000000586	QUAL-RING SEAL кат.№ 3041200	бр.	5
7	12000001077	“O” Ring – 3.00x1.50 C 702.43 кат.№1740700	бр.	20
8	12000001076	“O” Ring – 5.00x1.50 кат.№15 83700	бр.	20
9	12000000585	“O” Ring – 4.00x1.50 кат.№15 83500	бр.	10
10	12000000961	“O” Ring – 3.10x1.6 кат.№15 83600	бр.	20
11	12/586	“O” Ring – 5.28x1.78 кат.№3041200	бр.	10
12	12000001912	“O” Ring – 2.00x1.6 кат.№17 40300	бр.	10
13	12000002208	Дисплей с бутони за IKA 5000, кат.№ 721200	бр.	1
14	12000002209	Глава пълнеща, кат.№ 351 730 19600	бр.	1
15	12000002210	винтове за калориметър IKA 5000, кат.№ 3019100	бр.	4
16	12000002211	Вентил електромагнитен за водата за калориметър IKA	бр.	2

		5000, кат.№ 7206600		
17	12000002212	Кръг центриращ за калориметър IKA 5000, кат.№ 35263019900	бр.	1
18	12000002213	Уплътнение за IKA 5000, кат.№ 277117500	бр.	1
19	12000002214	Уплътнения за IKA 5000, кат.№ 7117600	бр.	1
20	12/2027	Тръбичка високо налягане за калориметър IKA 5000, кат.№ 7220000	бр.	1
21	12/2026	Тръбичка капилярна за калориметър IKA 5000, кат.№ 7220200	бр.	1
22	12000000588	Диск уплътнителен (DICHTSCHEIBE) 1.00x4.10x2 кат.№ 7159100	бр.	5
23	12000000962	ISOLIERBUCHSE кат.№ 71 84400	бр.	5
24	12000000966	Laderbuchse 380.0xD3.2xL24.4 кат.№15 90 200	бр.	5
25	12000001740	Електрод на бомбата (TIEGELHALTER), кат.№ 7158000	бр.	1
26	12000001742	Електрод на бомбата (ZUNDELEKTRODE KPL.), Кат.№ 7158500	бр.	1
27	12000002092	DICHTUNGS RING - PACKING RING D 59,4 x 50,0 x 4, кат.№ 1760900	бр.	5
29	12000002094	Жило за отваряне на клапан за калориметър C 5000, кат.№ 7212200	бр.	1
30	12000002096	Винтове за калориметър IKA C-5000, кат.№ 7158700	бр.	1
31	12/2151	Вентил за бомбата за калориметър C 5000, D=0,6 d=3,2 L =5,0; кат.№ 7158 400	бр.	2
32	12/1907	Пружина за бутало на калориметър C 5000, кат. №3055100	бр.	2
33	12/153	Фланец за калориметър C 5000, кат.№ 3597700	бр.	1
34	3/17922	Платка за контролера на C 5000 кат.№ 3616000	бр.	1

- Резервните части трябва да бъдат нови, оригинални и неупотребявани;
- Резервните части да са производство на производителя на апаратите и приборите, или да са препоръчани в инструкциите за експлоатация и са посочени с техните номенклатурни номера;
- Всички резервни части и консумативи да отговарят на каталожните номера

### 3. Предназначение или условия на работа.

Резервните части и консумативи са предназначени за работата на въглехимичните лаборатории към клоновете на Дружеството.

### 4. Опаковка, маркировка, етикетиране.

- Опаковката да бъде стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката по време на транспорта и пренасяне;
- Да бъдат етикирани и маркирани от производителя, по което да се проверят каталожните номера.

### 5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, срок за явяване при рекламация, и др.

- Възложителя си запазва правото на рекламация при доказване на несъответствия или отклонения от сертификата на изделията;

- Отклоненията в качеството се доказват от комисия на Възложителя, съвместно с надлежно упълномощени представители на Изпълнителя, в срок до една седмица след покана от Възложителя. Отклоненията в качеството се доказва с анализ от независима контролна организация, като Изпълнителя приема безусловно направените констатации;
- Срокът за подмяна на дефектните изделия с нови такива е 20 (двадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация;
- Гаранционният срок за резервните части е в съответствие с посочения от производителя. Участниците в своята оферта трябва да посочат предлагания гаранционен срок на производителя за съответната резервна част.

- Гаранционния срок не се прилага за консумативите.

6. Документи, които Изпълнителят следва да представи при доставка
- сертификат за качество на изделията, издаден от производителя;
  - декларация за произход;
  - фактура оригинал

**ИЗГОТВИЛ:**

**Красимир Костов**

Гл.инж. минен „Качество на въглища“



**СЪГЛАСУВАЛ:**

**ПАВЕЛ КАРАЧОЛОВ**

Ръководител отдел ГЕОЛОЖИИ

