



РАЗЯСНЕНИЕ №1

към публична покана с предмет „Доставка на консумативи и резервни части за лабораторна апаратура”- (рег.№ 01/2016г.- ПП) по Обособена позиция №4 – Доставка на сертифицирани сравнителни материали (CCM), стандарти за въглиця, предназначени за калибриране на анализатори за определяне на сяра.

Изм.№ 187-04-375
29.01.2016 г.

Въпрос: Съдържанието на сяра в наличните към настоящия момент партида CCM с каталожни номера, посочени в техническата спецификация е:

- Каталожен номер AR1709 – 3,79%;
- Каталожен номер AR1706 – 2,03%; Следващият стандарт в низходяща посока с каталожен номер AR1705 е със съдържание на сяра 1,41%;
- Каталожен номер AR1710 – 4,10%. Следващият стандарт във възходяща посока с каталожен номер AR1711 е със съдържание на сяра 5,59%;
- Каталожен номер AR1711 – 5,59%;

Моля за разяснение.

Отговор:

- Допуска се вместо CCM с каталожен номер „AR 1709 със съдържание на сяра 3,50 % до 4,00 %“ да се предложи CCM с каталожен номер „AR1709 със съдържание на сяра 3,79%“.
- Допуска се вместо CCM с каталожен номер „AR 1706 със съдържание на сяра 1.50% до 2.00 %“ да се предложи CCM с каталожен номер „AR1705 със съдържание на сяра 1,41%“.
- Допуска се вместо CCM с каталожен номер „AR 1710 със съдържание на сяра 4.50 % до 5.00 %“ да се предложи CCM с каталожен номер „AR1710 със съдържание на сяра 4,10%“.
- Допуска се вместо CCM с каталожен номер „AR 1711 със съдържание на сяра 5.50 % до 6,00 %“ да се предложи CCM с каталожен номер „AR1711 със съдържание на сяра 5,59%“.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

