




„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



РАЗЯСНЕНИЕ №1



към публична покана с предмет „Доставка на консумативи и резервни части за лабораторна апаратура”- (рег.№ 41/2016г.- ПП) по Обособена позиция №2 – Доставка на сертифицирани сравнителни материали (CCM), стандарти за въглища, предназначени за калибриране на анализатори за определяне на сяра.

Въпрос: Моля, за допълнителна информация – наименованието на апарата, за който ще се използват пробите.

Отговор: Сертифицираните сравнителни материали (CCM), стандарти за въглища са предназначени за калибриране на анализатори за определяне на сяра, както следва:

- Анализатор на сяра и въглерод – LECO тип SC 632 C;
- Анализатор на сяра и въглерод – ELTRA CS 580, Германия;

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

